

Исх. № 55от «21» 02 2011 г.

## Отзыв на томограф NeuroLogica – CereTom NL-3000

В рентген-отделении ГБСМП г. Томска томограф работает с 09-2009 г. по сегодняшний день. За время эксплуатации серьезных поломок не было.

### Относительные положительные качества в эксплуатации томографа:

- компактность аппарата с возможностью транспортировки и передвижения его в пределах помещения;
- простота, неприхотливость в эксплуатации, обслуживании;
- простота в обучении персонала работе с томографом, освоении программного обеспечения, в его эксплуатации;
- скорость начала исследования с возможностью экстренного заполнения формы учета пациента без использования рабочей станции;
- в связи с использованием каталки в качестве стола томографа возможность исследования больных большего веса и возможности маневрирования с такими пациентами;
- возможность выполнения исследований на других подходящих «кроватях, каталках» с использованием специального щита;
- класс аппарата, его технические характеристики обеспечивают достаточное качество диагностических изображений для работы по профилю нашего лечебного учреждения;
- программное обеспечение позволяет получить необходимый объем информации из нативных и реформатных серий в полном объеме;
- автономность энергоснабжения позволяет выполнить экстренные исследования при отсутствии централизованной подачи электричества.

### Относительные отрицательные качества в эксплуатации томографа:

- отсутствие возможности наклона гентри делает невозможным выполнение классического исследования головы с плоскостью сканирования параллельного основанию, а также сложность выполнения в связи с этим некоторых укладок (например, для сканирования в коронарной проекции);
- слишком частая необходимость калибровки, без какого либо отражения на качестве получаемых изображений;
- отсутствие в комплекте дополнительных приспособлений для фиксации исследуемой части тела.

Заведующий рентген-отделением  
Аверин К.А.



Главный врач МЛГМУ «ГБСМП»  
Поповичкин О.И.

